






國立成功大學實驗室有害廢棄物分類表

| 進廠代碼 | 進廠分類 | | 廢棄物種類 | 廢棄物代碼 | 盛裝容器及容器標示 |
|----------|------------------|------|--|---------------|---|
| A | 有機廢液 | 含鹵素 | 其他含有機氯污染物且超過溶出標準之混合廢棄物。 | C-0149 | 容器：高密度雙耳塑膠桶 標示：廢液分類標籤及廢棄物特性標籤 |
| B | | 非鹵素 | 有機化合物且超過溶出標準之混合廢棄物 | C-0169 | |
| C | | 廢油 | 廢油混合物 | D-1799 | |
| D | 無機廢液 | 含氰 | 含氰化物其 pH 值於 2.0~12.5 間會產生 250mg HCN/kg 以上之有毒氣體(Ex: KCN、NaCN) | C-0402 | |
| E | | 含汞 | 汞及其化合物(總汞) | C-0101 | |
| F | | 酸 | 廢液 pH 值小(等)於 2.0 | C-0202 | |
| G | | 鹼 | 廢液 pH 值大(等)於 12.5 | C-0201 | |
| H | | 含重金屬 | 其他含有毒重金屬且超過溶出標準之混合廢棄物 | C-0119 | |
| I | 固體廢棄物(可燃) | | 滅菌後之非感染性事業廢棄物 | D-2101 | 容器：紅色專用塑膠袋 標示： <ol style="list-style-type: none"> 1. 固體廢棄物標籤及廢棄物特性標籤 2. 已滅菌或不需滅菌標籤 |
| X | 生物醫療 | | 廢尖銳器具 (載玻片、蓋玻片、針頭、針筒等) | C-0504 | 容器：紅色專用塑膠袋 標示：生物醫療廢棄物標籤。 |
| | | | 感染性廢棄物(病理、血液、受污染動物屍體、殘肢及墊料類) | C-0513 | |
| | | | 感染性廢棄物 (遭污染物品或器具類) | C-0514 | |
| | | | 感染性廢棄物混合物 | C-0599 | |

說明：

1. 生物醫療廢棄物(尖銳器具)貯存容器不限，但必需以堅固不易穿透之鐵質或塑膠容器包裝(絕不接受保麗龍材質)，最外層必須為本校提供之紅色專用塑膠袋，袋外須張貼生醫廢棄物標籤。盛裝尖銳器具之容器務必妥善打包再套入本校提供之紅色專用塑膠袋。若無紅袋及無標籤則拒收廢棄物。
2. 生物醫廢棄物(非尖銳器具)務必使用校方提供之紅色專用塑膠袋，袋外須張貼生醫廢棄物標籤，並且廢棄物袋口務必妥善打包。若無標示則拒收廢棄物。使用保麗龍容器盛裝拒收。

國立成功大學廢棄物標籤及廢棄物特性標籤

| 廢棄物分類 | | | 廢棄物特性標籤 | 廢棄物分類 | | | 廢棄物特性標籤 |
|-------|------|-----|---|-------|-------------|---|--|
| A | 有機廢液 | 含鹵素 |  | F | 無機廢液 | 酸 |  |
| B | | 非鹵素 | | G | | 鹼 | |
| C | | 廢油 | | H | | 含重金屬 |  |
| D | 無機廢液 | 氰 |  | I | 固體可燃 廢棄物 |  | |
| E | | 含汞 | | | | | X |